

Số: 391 /YC-TTYT
V/v Báo giá vật tư thay thế máy lọc nước
RO thận nhân tạo

Văn Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Mua vật tư thay thế máy lọc nước RO thận nhân tạo của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên năm 2024.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên ngày 11/03/2024.

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua Vật tư thay thế máy lọc nước RO thận nhân tạo của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bai
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nguyễn Thị Hồng; chức vụ: Phó trưởng khoa dược-TTB-VTYT-KSNK. Số ĐT: 0976733782; Địa chỉ Email: hongduocvy@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược-TTB-VTYT-KSNK – TTYT huyện Văn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bai
- Nhận qua email: hongduocvy@gmail.com; bản scan có dấu đỏ của nhà cung cấp
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 12 tháng 03 năm 2024 đến trước 10h ngày 22 tháng 03 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 10h00 ngày 22 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục (*Danh mục chi tiết đính kèm*)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển: Giao hàng và lắp đặt tại Trung Tâm Y Tế huyện Văn Yên tỉnh Yên Bai, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết có hiệu lực.

III. Nội dung báo giá của hàng sản xuất, nhà cung cấp: (Mẫu gửi kèm)**IV. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn****V. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:****DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ KIẾN MUA NĂM 2024**

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Đơn vị tính | Số lượng |
|----------------------------|------------------------|--|-------------|----------|
| 1 | Hạt lọc đa năng | Thành phần chính: Diatomit, zeolit, bentonit được hoạt hóa ở nhiệt độ cao để tạo thành loại hạt; Tỷ trọng (kg/m3): 450 kg/m3 – 480 kg/m3; Diện tích bề mặt (m2/g): 100 m2/g – 120 m2/g; Kích thước(hạt): 1,5 mm – 2,5 mm | Lít | 200 |
| 2 | Than hoạt tính | Thành phần chính than hoạt tính: Iodine Value (chi số iot): 500 mg/g – 600 mg/g; Tỷ trọng: ≤ 550kg/m3; Độ cứng: ≥ 97%; Độ ẩm: ≤ 3,1%; Kích thước hạt: 8 mesh -16 mesh | kg | 350 |
| 3 | Hạt nhựa Cation | Hạt nhựa Cation có nhiệm vụ chính: Loại bỏ đi các ion Mg2+, Ca2+ ...; Làm mềm nước; Có khả năng tái sinh lại ion; Kích thước hạt: 0.3 mm – 1,2 mm; Tỷ trọng: ≤ 810 kg/m3. | lít | 200 |
| 4 | Đồng hồ đo độ dẫn điện | Đồng hồ đo độ dẫn điện gắn trên đường ống nước: Đo độ dẫn điện hoặc TDS trong nước; Dài đo: 0-1999µS/cm / 0-999ppm; chuyển đổi hiển thị µS/cm hoặc PPM; Có relay cảnh báo độ dẫn cao-thấp; Nguồn điện sử dụng: 220V/50HZ. | Cái | 1 |
| 5 | Van bi inox | Kích cỡ: DN15 – DN300; Chất liệu: inox 304; Kết nối: Mặt bích BS PN16, nối ren; Điều khiển: Tay gạt; Nhiệt độ làm việc: 0 – 180 độ c; Áp lực làm việc: PN16; Môi trường: Nước, chất lỏng. | Cái | 10 |
| 6 | Cát lọc nước | Kích thước: Đầu đủ các loại 0.1-0.4mm, 0.4-0.8mm, 0.8-1.2mm, 1-2mm, 2-4mm; Tỷ trọng: ≤ 1400kg/m3; Tác dụng: Lọc cặn hiệu quả, nhanh và an toàn, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước; Không làm thay đổi tính chất lý hóa của nước, không phá vỡ các liên kết của nước; | kg | 80 |
| 7 | Sỏi lọc nước | Kích thước: Đầu đủ các loại 2-4mm, 4-8mm, 5-10mm, 10-20mm, 25-40mm...; Tỷ trọng: ≤ 1400kg/m3; Tác dụng: lọc và ngăn chặn các thành phần lơ lửng có kích thước nhỏ không kết tủa tự nhiên được trong nguồn nước; Dùng làm vật liệu đỡ các vật liệu khác trong quá trình lọc | kg | 160 |
| 8 | Phin lọc 5 Micro | Thành phần chính: Sợi Polypropylene (PP); kích thước: Dài 20 inch; kích thước mắt lọc: 5 Micro | Cái | 160 |
| Tổng cộng: 08 Khoản | | | | |

Nhà cung cấp cần phải chào giá cho toàn bộ danh mục Vật tư thay thế cần mua của Trung tâm y tế huyện Văn Yên.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Vương Ngọc Biên**



(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 391/YC-TTYT ngày 10/03/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hàng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hàng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hàng hoá như sau:

| STT | Tên hàng hoá | Model, hàng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ; đã bao gồm thuế, phí, vận chuyển, lắp đặt) | Thành tiền | Ghi chú |
|-----|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|----------|--|------------|---------|
| 1 | Hàng hoá A | | | | | | | | |
| 2 | Hàng hoá B | | | | | | | | |
| n | ... | | | | | | | | |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá)