

Số: 257 /TTYT-KD
V/v Yêu cầu báo giá hoá chất, sinh
phẩm năm 2025

Văn Yên, ngày 07 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm một số hoá chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số hoá chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Mai Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT-KSNK. Số ĐT: 0983.566.034; Địa chỉ Email: dskhachung@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát (*Bản gốc*) tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT-KSNK – TTYT huyện Văn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

- Nhận qua email: dskhachung@gmail.com (*bản Scan có đóng dấu đỏ của hãng sản xuất, nhà cung cấp*)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 07 tháng 02 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 14 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 14h00 ngày 14 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Gói thầu: *Mua sắm một số hoá chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (Danh mục chi tiết kèm theo).*

1.1. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

1.2. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực đến hết ngày 15/03/2025.

1.3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: *(Theo mẫu báo giá gửi kèm);*

1.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

1.5. Hình thức hợp đồng: Theo đơn gia cố định.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Cao Ngọc Thắng



Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	I Hóa chất xét nghiệm			
1	Hóa chất xét nghiệm HbA1C	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 480; CS-600B • Thành phần chính: <ul style="list-style-type: none"> + R1: Latex, buffer, stabilizer. + R2: Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody, buffer, stabilizers. • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	330
2	Hóa chất xét nghiệm Urea	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 480; CS-600B • Thành phần chính: Buffer (pH 8.0 at 25°C), 2-oxoglutarate, ADP, GLDH (mammalian), Urease (botanical), NADH analog, stabilizers • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	510
3	Thuốc thử xét nghiệm Fibrinogen	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm đông máu CA600 • Thành phần chính: Bovine thrombin, stabilisers • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	20
4	Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học XP-100 • Thành phần chính: NaCl, Buffer, AntiMicrobial Agent, Boric Acid, Stabilizers • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	200.000
5	Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm huyết học MEK 6510K • Thành phần chính: NaCl, Anti-Microbial Agent, Buffers, Boric Acid, Stabilizers • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	140.000
6	Hóa chất rửa hạt bi từ và kim hút máy miễn dịch	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm miễn dịch Maglumi 800 • Thành phần: Tris-HCl buffer • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	1.428
II	Sinh phẩm chẩn đoán			
7	Test nhanh phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C	Độ nhạy 98,9%; Độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	300
8	Test nhanh phát hiện kháng nguyên bề mặt viêm gan B	Độ nhạy 100 %, độ đặc hiệu 100%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	300



Mẫu báo giá
 (Kèm theo Công văn số: *27* /TTYT-KD ngày *07* /02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: *TTYT-KD* ngày *07* /02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí...)	Thành tiền (VNĐ)
I	Phần								
...								
II	Phần								
....								
	Tổng cộng:							

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ kể từ 14h00 ngày 14 tháng 02 năm 2025.

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thông tin về giá của hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... Tháng 02 năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))