

Số: /TTYT-KD
V/v Yêu cầu báo giá hoá chất, sinh
phẩm năm tháng 3/2025

Văn Yên, ngày tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm một số hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tháng 03 năm 2025 trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tháng 03 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Mai Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT-KSNK. Số ĐT: 0983.566.034; Địa chỉ Email: dkhachung@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc chuyên phát (*Bản gốc*) tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT-KSNK – TTYT huyện Văn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 - Nhận qua email: dkhachung@gmail.com (*bản Scan có đóng dấu đỏ của hãng sản xuất, nhà cung cấp*)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 06 tháng 03 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 12 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 8h00 ngày 12 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Gói thầu: Mua sắm một số hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác khám, chữa bệnh tháng 03 năm 2025 trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (*Danh mục chi tiết kèm*

theo).

Chú ý: Nhà thầu phải cung cấp báo giá chọn gói cho 1 phần hoặc 2 phần hoặc toàn bộ các phần của gói thầu.

1. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực đến hết ngày 31/03/2025.

3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: *(Theo mẫu báo giá gửi kèm)*;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vương Ngọc Biên

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /TTYT-KD ngày /03/2025 của TTYT huyện Văn Yên)

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
I	Hóa chất xét nghiệm			
1	Chất hiệu chuẩn chất lượng đa nồng độ các xét nghiệm sinh hóa	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 480; CS-600B Thành phần chính: Huyết thanh người. Hiệu chuẩn thông số: ALT-Alanine Aminotransferase (SGPT); Albumin; Alkaline Phosphatase; AST; Bicarbonate - Carbon Dioxide; Bilirubin – Direct; Bilirubin – Total; Calcium; Cholesterol; Creatine Kinase; Creatinine; Glucose; γ-Glutamyltransferase; Serum Iron; LDH; Magnesium; Phosphorus; Protein-Total; Triglyceride; Urea (BUN); Uric Acid Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	3
2	Hóa chất xét nghiệm HbA1C	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 480; CS-600B Thành phần chính: + R1: Dung dịch đệm, chất ổn định. + R2: 10 mL kháng thể đơn dòng kháng HbA1c của chuột 0,05 mg/mL, kháng thể đa dòng IgG kháng chuột của dê 0,08 mg/dL, dung dịch đệm, chất ổn định; thuốc thử tán huyết. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	165
3	Hóa chất xét nghiệm Urea	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 480; CS-600B Thành phần chính: 14 mmol/L 2-oxoglutarate, 5.0 mmol/L ADP, > 12 KU/L GLDH (động vật có vú), > 50 KU/L Urease (thực vật), 0.2 mmol/L NADH analog Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	360
4	Hóa chất xét nghiệm Gamma GT	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy phân tích sinh hóa AU 480; CS-600B Thành phần chính: + R1: 100 mmol/L buffer, 150 mmol/L glycylglycine + R2: 25 mmol/L buffer, 25 mmol/L L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide (Glupa-C) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	120
5	Hóa chất định lượng Hormone tuyến giáp – TSH	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm miễn dịch Maglumi 800 Thành phần chính: Huyết thanh bò, NaN₃, kháng nguyên TSH. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	200
6	Hóa chất định lượng Hormone tuyến giáp - T3	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm miễn dịch Maglumi 800 Thành phần chính: BSA và kháng nguyên T3, NaN₃ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	200
7	Hóa chất định lượng Hormone tuyến giáp - FT4	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm miễn dịch Maglumi 800 Thành phần chính: BSA, và kháng nguyên T4, NaN₃ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	200
8	Hóa chất rửa hạt bi từ và kim hút máy miễn dịch	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy xét nghiệm miễn dịch Maglumi 800 Thành phần chính: Tris-HCl Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	mL	714
9	Cuvette máy miễn dịch tự động	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích cho máy phân tích Miễn dịch Magnumi 800 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	Cái	384
10	Thuốc thử ly giải hồng cầu	<ul style="list-style-type: none"> Thành phần: Quaternary Ammonium Salt 10%, Anhydrous Sodium Sulphate 1.5%, KCl 1.2%, Buffers 0.8%, preservative 0.9%, Stabilizers 0.5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	ml	1500
11	Dung dịch pha loãng mẫu làm xét nghiệm Fibrinogen	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm đông máu CA600 Thành phần chính: Barbitol, sodium chloride, sodium azide; pH 7.2–7.6. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	ml	75

12	Thuốc thử xác định thời gian Thromboplastin từng phần được kích hoạt (APTT)	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm đông máu CA600 • Thành phần chính: ellagic acid , phospholipids extracted from dehydrated rabbit brain, buffers, stabilisers, phenol. • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	ml	20
II	Sinh phẩm chẩn đoán			
1	Test nhanh phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C	Độ nhạy 98,9%; Độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	200
2	Test nhanh phát hiện kháng thể virus HIV	Độ nhạy 99,59%; Độ đặc hiệu: 99,87%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Test	300
3	Test nhanh phát hiện virus cúm A,B	Phát hiện virus cúm A và/hoặc cúm B trong dịch mũi - Mẫu phẩm: Mẫu phết dịch mũi -Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Độ nhạy cúm A: 92.56%; Độ đặc hiệu cúm A: 97.97% - Độ nhạy cúm B: 93.28%; Độ đặc hiệu cúm B: 97.76 %	Test	250
4	Test nhanh phát hiện kháng nguyên bề mặt viêm gan B	Độ nhạy 100 %, độ đặc hiệu 100%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	300

Mẫu báo giá

(Kèm theo Công văn số: /TTYT-KD ngày /03/2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TTYT-KD ngày /03/2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí...)	Thành tiền (VNĐ)
I	Phần								
...								
II	Phần								
....								
	Tổng cộng:							

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ kể từ 8h00 ngày 12 tháng 03 năm 2025.

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thông tin về giá của hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... Tháng 03 năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))